

Інструкція із застосування медичного виробу

Презервативи з натурального латексу для ультразвукового дослідження

№ п/п	Перелік виробів
1	Презерватив з натурального латексу для ультразвукового дослідження Ширина ± 42 мм; Довжина ≥ 160 мм
2	Презерватив з натурального латексу для ультразвукового дослідження Ширина ± 52 мм; Довжина ≥ 160 мм

Призначення: Для проведення ректальних та вагінальних ультразвукових досліджень. Використовується для утворення захисного гігієнічного бар'єру від забруднення для всіх моделей датчиків ультразвукових апаратів. А також захищає пацієнта від заражень.

Характеристики: Презервативи виготовлені з натурального латексного каучуку без використання лубриканту. Без накопичувача, для більш щільного прилягання до датчика УЗД апарату. Гладкі, прозорі, циліндричної форми. Легко надягаються на датчик, не зісковзують та не утворюють складок під час дослідження.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити презерватив з упаковки.
3. Одягнути на датчик апарату ультразвукового дослідження.
4. Після використання, утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!
6. Цей продукт містить латекс натурального каучуку, який може спричинити алергічні реакції, у тому числі анафілактичний шок.

Протипоказання: Індивідуальна непереносність компонентів (латексу).

Умови зберігання: Зберігати в упакованому вигляді у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.

Маркування:



Виріб неприпудрений

Фізичні властивості відповідають ISO4074:2015

Стерилізовано. R- стерилізація.

Апірогенно. Нетоксичне.

Термін придатності - 5 років від дати виробництва.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong
No.5 Tongyi Road, Lingbei Industrial Zone, Suixi, 524338,
Zhanjiang, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86-139-24408267, www.fitonegroup.com

Виробник: Фітон Латекс Продактс Ко., ЛТД Гуандун
№5 Туньї Роуд, Лінбей Індастріал Зон, Суйсі, 524338,
Чжаньцзян, Гуандун, Піпелз Республік Китай
Тел.: +86-139-24408267, www.fitonegroup.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ “Джей Ес Україна”
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: +38-094-9547340, www.jsukraine.com.ua

