

Інструкція із застосування медичного виробу

Скло покривне

№ п/п	Модифікація та розмір виробу
1	Скло покривне 10x10 мм
2	Скло покривне 12x12 мм
3	Скло покривне 14x14 мм
4	Скло покривне 16x16 мм
5	Скло покривне 18x18 мм
6	Скло покривне 20x20 мм
7	Скло покривне 22x22 мм
8	Скло покривне 24x24 мм
9	Скло покривне 24x32 мм
10	Скло покривне 24x40 мм
11	Скло покривне 24x50 мм
12	Скло покривне 24x60 мм

Призначення: покривні стекла призначені для покриття зразка, розміщеного на предметному склі, для захисту мікропрепаратів від пилу і механічних пошкоджень при мікроскопіюванні у видимій області спектру, для захисту препарату від впливу імерсійного масла при використанні об'єктивів з високою роздільною здатністю, для захисту об'єктиву від впливу реактивів, що пропускаються через зразок в деяких методиках. Покривні стекла застосовуються при самостійному виготовленні мікроскопічних препаратів.

Характеристики: покривні стекла JS виготовлені з безбарвного силікатного скла, чисті, знежирені, мають абсолютно плоску і рівну поверхню, рівномірну товщину, абсолютну прозорість і однорідну структуру. Товщина скла $0,16 \pm 0,03$ мм. Розміри наведені у таблиці - Модифікація та розмір виробу.

Інструкція із застосування:

1. Під час роботи використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, одноразові рукавички, тощо, і діяти у відповідності з діючими нормами.
2. Дістати виріб з упаковки, підготувати до роботи: оглянути, чи не має тріщин та сколів.
3. Використати за призначенням.
4. Після використання за призначенням утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Обережно! Крихкий виріб зі скла, який може бути пошкоджено через сильний механічний вплив на нього.
2. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
3. Використовувати лише за призначенням.
4. Тільки для одноразового використання.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Пакування по 1000 шт.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.

tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua

