



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299

п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766

ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ємність для забору сечі, 60 мл, стерильна

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для збору, зберігання та/або транспортування проби сечі для аналізування та/або іншого дослідження
2	Повинна бути виготовлена з прозорого пластику (поліпропілену)
3	Повинна бути градуйована на 60 мл
4	Повинна мати гвинтову кришку помаранчевого кольору
5	Повинна мати розміри (з кришкою): Об'єм 60 мл Діаметр $48 \pm 1,0$ мм Висота $65 \pm 1,0$ мм Товщина стінки 1,0 мм
6	Повинна бути асептично стерильною, апірогенною та нетоксичною
7	Повинна бути для одноразового використання
8	Повинна мати пакування по 600 шт

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.