



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
n/p UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ - 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ємність вакуумна для забору сечі з інтегрованою системою 100 мл, пневматична, асептично стерильна

№ п/п

Характеристики

- 1 Повинна бути призначена для збору, зберігання та/або транспортування проби сечі для аналізування та/або іншого дослідження
- 2 Повинна бути виготовлена з прозорого пластику (поліпропілену)
- 3 Повинна бути градуйована на 100 мл
- 4 Повинна мати гвинтову кришку жовтого кольору
- 5 Повинна мати вакуумінтегрований блок передачі
- 6 Повинна мати пломбу безпеки
- 7 Повинна мати розміри (з кришкою):
Об'єм 100 мл
Діаметр $57 \pm 1,0$ мм
Висота $70 \pm 1,0$ мм
Товщина стінки 1,0 мм
- 8 Повинна бути асептично стерильною, апірогенною та нетоксичною
- 9 Повинна бути для одноразового використання
- 10 Повинна мати пакування по 400 шт

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.