



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ємність для забору сечі з інтегрованою системою 100 мл, стерильна

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для збору, зберігання та/або транспортування проби сечі для аналізування та/або іншого дослідження
2	Повинна бути виготовлена з прозорого пластику (поліпропілену)
3	Повинна бути градуйована на 100 мл
4	Повинна мати гвинтову кришку помаранчевого кольору
5	Повинна мати вакуумінтегрований блок передачі
6	Повинна мати пломбу безпеки
7	Повинна мати розміри (з кришкою): Об'єм 100 мл Діаметр $66 \pm 1,0$ мм Висота $70 \pm 1,0$ мм Товщина стінки 1,0 мм
8	Повинна бути асептично стерильною, апірогенною та нетоксичною
9	Повинна бути для одноразового використання
10	Повинна мати пакування по 300 шт

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.