



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299

п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766

ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Амніотом JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для розкриття плодового міхура під час пологів, кесаревого розтину
2	Повинен бути виготовлений з білого ABS-пластику
3	Повинен мати гладку поверхню і заокруглення без задирок і шорсткостей
4	Повинен мати на заокругленому кінці (голівці) гострий гачок під кутом 60°, для розкриття оболонки плодового міхура
5	Повинен мати довжину 250 мм
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
7	Повинен бути для одноразового використання.
8	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.