



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Дзеркало гортанне, розмір L

№ п/п	Характеристики
1	Повинне бути призначене для використання під час непрямой ларингоскопії, для огляду внутрішньої поверхні гортані і порожнини рота.
2	Повинне складатися з ручки, виготовленої з медичного ABS-пластику, та дзеркала, виготовленого з полікарбонату (PC)
3	Повинне мати гладку поверхню і краї
4	Повинне мати розміри: Довжина ручки - 180 мм; Діаметр дзеркала розмір L – 20 мм.
5	Повинне бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
6	Повинне бути для одноразового використання.
7	Повинне мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.