

Медико-технічні вимоги

Ендотрахеальна трубка JS з манжетою, розмір 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для оральної або назальної інтубації
2	Повинна бути виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду, не містити латекс
3	Повинна мати манжету циліндричної форми, великого об'єму низького тиску
4	Повинна мати конектор 15мм з «вушками» для фіксації
5	Повинна бути з рентгенконтрастною смужкою по всій довжині
6	Повинна мати атравматичний дистальний кінець з отвором по Мерфі
7	Повинна мати розміри:
	3.0 довжина $\geq$ 160 мм
	3.5 довжина $\geq$ 180 мм
	4.0 довжина $\geq$ 200 мм
	4.5 довжина $\geq$ 220 мм
	5.0 довжина $\geq$ 240 мм
	5.5 довжина $\geq$ 270 мм
	6.0 довжина $\geq$ 280 мм
	6.5 довжина $\geq$ 290 мм
	7.0 довжина $\geq$ 300 мм
	7.5 довжина $\geq$ 310 мм
	8.0 довжина $\geq$ 320 мм
	8.5 довжина $\geq$ 320 мм
	9.0 довжина $\geq$ 320 мм
8	Внутрішній діаметр трубки (розмір) вказаний на пілотному балоні
9	Повинна мати шкалу глибини інтубації з інтервалом 1 см
10	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
11	Повинна бути для одноразового використання.
12	Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.