



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Голка для забору крові з прозорою камерою розмір 0,9 (20G)

Голка для забору крові з прозорою камерою розмір 0,8 (21G)

Голка для забору крові з прозорою камерою розмір 0,7 (22G)

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для використання під час забору венозної крові вакуумною пробіркою, в тому числі, для забору декількох проб за одну процедуру венепункції.
2	Повинна бути двосторонньою, одна частина голки вводиться у вену пацієнта, а інша, закрита гумовою мембраною (клапаном)- для проколу гумової пробки в кришці пробірки.
3	Повинна мати футляр, який має етикетку з перфорацією, що є візуальним контролем цілісності упаковки.
4	Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі.
5	Повинна мати кольорове кодування футляру.
6	Повинна мати прозору камеру канюлі
7	Розміри та колір голк: 20G Діаметр 0,9 мм; Довжина 38 мм; Жовта 21G Діаметр 0,8 мм; Довжина 38 мм; Зелена 22G Діаметр 0,7 мм; Довжина 32 мм; Чорна
8	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
9	Повинна бути для одноразового використання.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.