



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Голка внутрішньовенна типу "метелик"
розмір: 0,8 (21G); 0,6 (23G); 0,5 (25G)

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути для внутрішньовенних вливань лікувальних розчинів.
2	Повинна мати трубку з типом з'єднання Луер Лок.
3	Повинна мати голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу-нержавіюча сталь
4	Повинна мати захисний ковпачок на голці.
5	Повинна мати гнучкі крильця.
6	Повинна мати кольорове кодування крилець для швидкого розпізнавання розмірів.
7	Повинна мати прозору трубку, виготовлену з полівінілхлориду.
8	Довжина трубки не менше 250 мм
9	Повинна мати розміри: 0,8 (21G); 0,6 (23G); 0,5 (25G)
10	Повинна мати індивідуальне пакування.
11	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
12	Повинна бути для одноразового використання

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.