



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Кюретка вакуумна JS,
розміри: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для аспірації маткової порожнини у пацієнток акушерського і гінекологічного профілю; для лікувально-діагностичної аспірації вмісту черевної порожнини; інших видів аспірації.
2	Повинна складатися з трубки, виготовленої з медичного прозорого полівінілхлориду (PVC), та конектора (адаптера), виготовленого з ABS-пластику
3	Повинна мати гладку поверхню
4	Повинна мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми
5	Повинна мати два бокові отвори на дистальному кінці
6	Повинна мати розміри: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
7	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною
8	Повинна бути для одноразового використання
9	Повинна мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.