

## Медико-технічні вимоги

Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 21G (2.2 мм глибина)

| № п/п | Характеристики                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Повинен бути призначений для для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної крові на аналіз                                        |
| 2     | Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)                                                                               |
| 3     | Повинен мати пластиковий корпус                                                                                                                  |
| 4     | Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета |
| 5     | Повинен автоматично спрацьовувати при строго перпендикулярному тиску на передбачуване місце проколу                                              |
| 6     | Повинен мати силу проникнення $\leq 1,2$ Н                                                                                                       |
| 7     | Повинен мати розмір голки 21G<br>Діаметр $0.81 \pm 0.02$ мм<br>Глибина проколу шкіри $2.2 \pm 0.4$ мм                                            |
| 8     | Повинен мати кольорове кодування                                                                                                                 |
| 9     | Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.                                                                                             |
| 10    | Повинен бути для одноразового використання.                                                                                                      |
| 11    | Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці                                                                                                     |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.