

Медико-технічні вимоги

Ланцет захищений розмір 21G (1.8мм глибина)

Ланцет захищений розмір 21G (2.4мм глибина)

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для проколу шкіри (найчастіше- пальця) при заборі капілярної крові на аналіз
2	Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)
3	Повинен мати пластиковий корпус
4	Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета
5	Повинен мати кнопку спуска голки на боковій частині корпусу ланцета
6	Повинен мати силу проникнення $\leq 1,2$ Н
7	Повинен мати розмір голки 21G (діаметр 0.81 ± 0.02 мм) з глибиною проколу шкіри 1.8 ± 0.4 мм; 2.4 ± 0.4 мм
8	Повинен мати кольорове кодування захисного ковпачку
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
10	Повинен бути для одноразового використання
11	Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.