



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ложка Фолькмана JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри
2	Повинна складатися з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді ложок різного розміру
3	Повинна бути виготовлена з теплопровідного, нетравматичного, білого АБС-пластику
4	Повинна мати розміри: Довжина 210 ± 3 мм Довжина робочої частини: 8 мм (з двох сторін)
5	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною
6	Повинна бути для одноразового використання
7	Повинна мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.