

Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір гінекологічний, комплектація 10	пелюшка; рукавички оглядові; дзеркало гінекологічне; щіточка ендоцервікальна; шпатель цервікальний; скло предметне; бахіли.	Набір гінекологічний має мати наступний склад: пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60х50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала S або M, матеріал дзеркала PS – 1шт.; щіточка ендоцервікальна – 1шт.; шпатель цервікальний – 1шт.; скло предметне з орієнтовними розмірами 25х76 мм – 2шт.; бахіли – 1 пара. Щіточка ендоцервікальна повинна бути довжиною не менше 18,5 см, з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітки, закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. На ручці виробу орієнтовно на відстані 32мм і 50мм (з робочою частиною) мають бути дві поперечні насічки, які дозволяють за необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком для транспортування в лабораторію в транспортному посуді. Щіточка застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції. Шпатель цервікальний повинний бути призначений для одночасного забору біоматеріалу з поверхні слизової цервікального каналу, зіву і шийки матки для подальшого проведення цитологічних і бактеріологічних досліджень. Повинний бути виготовлений з еластичного медичного поліпропілену. На одному кінці шпателя повинно бути два заокруглених закінчення: перше - більш вузьке і довге з невеликим радіусом; друге - більш плоске і широке, що має трохи більший радіус, призначене для забору мазка з поверхні шийки матки. На протилежному кінці шпатель повинен мати звужене тупе закінчення з малим радіусом,

		що має одностороннє розширення та забезпечує взяття біоматеріалу з нижньої третини цервікального каналу. Повинний мати розміри: довжина 230 ± 2 мм; довжина ручки: 130мм. Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання
--	--	--

Директор ТОВ “Джей Ес Україна”



Сохань С.Є.