

Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір гінекологічний, комплектація 4	пелюшка; рукавички оглядові; дзеркало гінекологічне; щіточка ендоцервікальна; бахіли.	Набір гінекологічний має мати наступний склад: пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60х50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала S або M, матеріал дзеркала PS – 1шт.; щіточка ендоцервікальна – 2 шт.; бахіли – 2 шт. Щіточка ендоцервікальна повинна бути довжиною не менше 18,5 см, з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітини, закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. Застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції. Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання

Директор ТОВ "Джей Ес Україна".



Сохань С.Є.