

Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір гінекологічний, комплектація 8	пелюшка; рукавички оглядові; дзеркало гінекологічне; щіточка ендocerвікальна тип Д; скло предметне; бахіли.	Набір гінекологічний має мати наступний склад: пелюшка 1 шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала S або M, матеріал дзеркала PS – 1 шт.; щіточка ендocerвікальна тип Д – 1 шт.; скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 1 шт.; бахіли – 2шт. Щіточка ендocerвікальна тип Д повинна бути призначена для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу. Має складатися з ручки (матеріал PP) і робочої голівки (матеріал PE). Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб середніх шарів епітелію цервікального каналу з мінімальною травматизацією капілярних судин даної анатомічної області. Розміри мають бути: довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0см; довжина робочої частини голівки 3,0см. Центральна частина щіточки має виступати на 10мм та мати шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію для проведення лабораторних досліджень. Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.