

Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір отоларингологічний, комплектація 2	дзеркало носове; воронка вушна; шпатель отоларингологічний; серветка тришарова; лоток; аплікатор.	Набір отоларингологічний повинен бути призначений для проведення комплексних оглядів, лікувальних процедур і взяття проб на аналіз під час обстеження лор-органів. Набір повинен мати наступний склад: дзеркало носове - 1шт (повинне бути виготовлене з ABS пластику та сталеві пружини, довжина виробу 150 мм, довжина робочої голівки 28 мм); воронка вушна - 2шт (повинна бути виготовлена з поліетилену, довжина воронок 35 мм, діаметр отвору Ø 4 мм та Ø 4,6 мм); шпатель отоларингологічний - 1шт (шпатель отоларингологічний пластиковий повинен бути виготовлений з прозорого пластику, поверхня має бути гладка, рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї, повинен мати розміри: довжина - 150 мм, ширина - 19 мм, товщина - 2 мм); серветка тришарова – 1шт (з розрізом, розмір 66x36 см); лоток – 1шт (полімерний, для інструментів); аплікатор – 4шт (з бавовняною кінцівкою, дерев'яний та пластиковий стрижень, довжина 150±3 мм) Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.