



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Пайпель внутрішньоматковий JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для взяття зразків секрету слизової оболонки матки (внутрішньоматкової біопсії ендометрія)
2	Повинен складатися з двох частин: прозорий гнучкий поліпропіленовий зонд (катетер) та внутрішній пластиковий поршень, який пересувається всередині зонду
3	Повинен мати закритий, атравматичний дистальний кінець зонду заокругленої форми
4	Повинен мати 4 бічні отвори на дистальному кінці зонду
5	Повинен мати поршень циліндричної форми з ручкою для утримання і обмежувачем глибини введення в катетер
6	Повинен мати маркування глибини введення- від 2 до 12 см, з ціною поділки 1 см
7	Повинен мати розміри: Робоча довжина виробу: 235 мм; Довжина поршня: 265 мм
8	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
9	Повинен бути для одноразового використання
10	Повинен мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.