



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UAS3305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Презервативи з натурального латексу для ультразвукового дослідження

№ п/п	Характеристики
1	Повинні бути для проведення ректальних та вагінальних ультразвукових досліджень
2	Повинні використовуватись для всіх моделей датчиків ультразвукових апаратів
3	Повинні бути виготовлені з натурального латексу
4	Повинні бути без лубриканту та без накопичувача
5	Повинні бути гладкими, прозорими, циліндричної форми
6	Повинні легко надягатися на датчик, не зісковзувати та не створювати складок під час дослідження
7	Повинні мати розміри: Ширина ± 42 мм; ± 52 мм Довжина ≥ 160 мм
8	Повинні бути стерильними, апірогенними та нетоксичними
9	Повинні бути для одноразового використання
10	Повинні мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.