



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені,  
розмір S, M, L

| № п/п | Характеристики                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Рукавички медичні оглядові повинні бути призначені для оглядових процедур та захисту від інфекцій |
| 2     | Повинні бути виготовлені з матеріалу- нітрил                                                      |
| 3     | Повинні бути нестерильні                                                                          |
| 4     | Повинні бути неприпудрені                                                                         |
| 5     | Повинні мати текстуровану поверхню пальців та валик на манжеті                                    |
| 6     | Повинні мати довжину не менше 230 мм                                                              |
| 7     | Повинні мати товщину долоні не менше 0,04 мм                                                      |
| 8     | Повинні мати розміри S, M, L                                                                      |
| 9     | Повинні мати фіолетовий колір                                                                     |
| 10    | Повинні бути для одноразового використання                                                        |
| 11    | Повинні мати пакування по 50 пар (100 шт.) в упаковці                                             |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.