

Медико-технічні вимоги

Сечоприймач 2000 мл JS, зі зливним клапаном та з'єднувальною трубкою 90см

№ п/п	Характеристики
1	Повинен застосовуватися для збору сечі (урини) через катетер із сечового міхура у дорослих.
2	Повинен мати об'єм, не менше 2 000 мл.
3	Повинен бути виготовлений з поліетилену
4	Повинен складатись з : мішка для збору урини; хрестоподібного клапана зливу; з'єднувальної трубки.
5	Повинен мати прозорі стінки мішка
6	Повинен мати довгу гнучку трубку 90см
7	Повинен мати конічний конектор з ковпачком.
8	Повинен мати клапан проти зворотного току сечі.
9	Повинен підходити до будь-якого розміру і типу катетера
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
11	Повинен бути для одноразового використання
12	Повинен мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.