



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Сечоприймач 750мл з клапаном та кріпленням для ноги, JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для збору сечі через катетер із сечового міхура
2	Повинен мати об'єм не менше 750 мл.
3	Повинен бути виготовлений з поліетилену
4	Повинен складатись з: мішка для збору урини; клапана зливу; з'єднувальної трубки
5	Повинен мати довжину трубки 6 ± 2 см.
6	Повинен мати градування
7	Повинен мати прозорі стінки мішка
8	Повинен мати конічний конектор з ковпачком
9	Повинен мати клапан проти зворотного току сечі
10	Повинен мати спускний кран
11	Повинен мати відповідні кріплення та еластичні стрічки для ноги із застібками
12	Повинен підходити до будь-якого розміру та типу катетера
13	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
14	Повинен бути для одноразового використання
15	Повинен мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.