



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Назва	Характеристики
Щіточка ендоцервікальна тип Б	Призначення: для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу. Має складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ). Робоча голівка повинна мати вигляд плоскої щіточки у формі трапеції, що складається з гнучких полімерних щітинок різної довжини. Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб поверхневих шарів епітелію. Розміри мають бути: довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0 см; довжина робочої частини голівки 2,5-2,6 см. Центральна частина щіточки має виступати на 8 мм. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.