



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299

п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766

ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Назва	Характеристики
Щіточка ендоцервікальна тип Д	Призначення: для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу. Має складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ). Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб <u>середніх</u> шарів епітелію цервікального каналу з мінімальною травматизацією капілярних судин даної анатомічної області. Розміри мають бути: довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0см; довжина робочої частини голівки 3,0см. Центральна частина щіточки має виступати на 10мм та мати шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію для проведення лабораторних досліджень. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.