



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Назва	Характеристики
Щіточка ендоцервікальна	Призначення: застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Мас складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ). Робоча голівка повинна мати вигляд щіточки конусоподібної форми з ворсинками, зібраними спірально та закріпленими на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. На ручці виробу орієнтовно на відстані 32мм і 50мм (з робочою частиною) мають бути дві поперечні насічки, які дозволяють за необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком для транспортування в лабораторію в транспортному посуді. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ ефективність під час проведення маніпуляції. Розміри мають бути: довжина виробу не менше 18,5 см; довжина робочої частини голівки 2,0 см. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною. Повинна бути стерилізована за допомогою етиленоксиду (ЕО). Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.