



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Система переливання інфузійних розчинів (світлозахищена),  
з внутрішньовенною голкою та металевою голкою до ємності JS

| № п/п | Характеристики                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Повинна бути призначена для внутрішньовенного вливання світлочутливих інфузійних розчинів.                |
| 2     | Повинна мати трубку та крапельну камеру, виготовлені з полівінілхлориду із світлозахисними властивостями. |
| 3     | Повинна мати металеву атравматичну голку з трьохгранною заточкою.                                         |
| 4     | Розмір ін'єкційної голки 0,8*26 мм.                                                                       |
| 5     | Повинна мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного фільтру.                         |
| 6     | Повинна мати роликовий регулятор швидкості потоку.                                                        |
| 7     | Повинна мати фільтр рідини для додаткової фільтрації інфузійних розчинів                                  |
| 8     | Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.                                                      |
| 9     | Повинна бути для одноразового використання                                                                |
| 10    | Повинна мати індивідуальне пакування.                                                                     |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.