



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Скло предметне JS з нешліфованими краями

№ п/п	Характеристики
1	Повинне бути призначене для проведення мікроаналітичних досліджень в клініко-діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях.
2	Повинне бути виготовлене з безбарвного силікатного скла
3	Повинне мати плоску і рівну поверхню, рівномірну товщину і абсолютну прозорість
4	Повинне бути з нешліфованими краями
5	Повинне мати розміри: 25x76 мм
6	Повинне мати товщину 1 мм
7	Повинне мати пакування по 50 шт.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.