



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Утримувач голки

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для трикомпонентної вакуумної системи забору крові та є обов'язковим компонентом для фіксації вакуумної пробірки та двосторонньої голки при взятті крові у пацієнта
2	Повинен бути виготовлений із прозорого пластику
3	Повинен бути оснащений центральним різьбленням для фіксації голки
4	Повинен бути сумісним зі стандартними вакуумними пробірками та двосторонніми голками для забору крові
5	Повинен мати розміри: Діаметр $17 \pm 1,0$ мм та $20 \pm 1,0$ мм Висота $52 \pm 1,0$ мм
6	Повинен бути для одноразового використання але може використовуватися для взяття крові в різні пробірки за одну процедуру
7	Повинен мати пакування по 25, 100 шт

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.