



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Зонд шлунковий JS, розміри: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для шлункового зондування.
2	Повинен бути виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду.
3	Повинен мати гладку поверхню.
4	Повинен мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.
5	Повинен мати 4 бокові отвори на дистальному кінці
6	Повинен мати рентгенконтрастну смужку.
7	Повинен мати кольорове кодування конектора.
8	Повинен мати розміри: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22
9	Повинен мати довжину 1100 мм.
10	Повинен мати позначки для точного розміщення зонда
11	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
12	Повинен бути для одноразового використання.
13	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.