



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Ємність для забору сечі, 100 мл, пневматична, асептично стерильна

| № п/п | Характеристики  |
|-------|---|
| 1     | Повинна бути призначена для збору, зберігання та/або транспортування проби сечі для аналізування та/або іншого дослідження      |
| 2     | Повинна бути виготовлена з прозорого пластику (поліпропілену)   |
| 3     | Повинна бути градуйована на 100 мл  |
| 4     | Повинна мати гвинтову кришку червоного кольору  |
| 5     | Повинна мати розміри (з кришкою):<br>Об'єм 100 мл<br>Діаметр $57 \pm 1,0$ мм<br>Висота $70 \pm 1,0$ мм<br>Товщина стінки 1,0 мм |
| 6     | Повинна бути асептично стерильною, апірогенною та нетоксичною   |
| 7     | Повинна бути для одноразового використання  |
| 8     | Повинна мати пакування по 400 шт  |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.