



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Аплікатор цервікальний (тип Комбі) JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для одномоментного забору матеріалу (епітелію) з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки (ектоцервіксу) та цервікального каналу (ендоцервіксу) з метою проведення цитологічних досліджень.
2	Повинен складатися з голівки (робоча частина), виготовленої з поліаміду, і ручки (матеріал - поліпропілен)
3	Робоча частина повинна представляти собою гнучку рамку у вигляді ромба
4	На ручці аплікатора повинна бути ковзаюча втулка, яка дозволяє випростати робочу частину в положення, придатне для нанесення матеріалу на предметне скло.
5	Повинен мати розміри: Довжина аплікатора: 175 мм Довжина робочої частини: 37 мм.
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
7	Повинен бути для одноразового використання.
8	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.