



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Дзеркало носове JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинне бути призначене для розширення крил носа при проведенні різних оглядів (передня риноскопія), оперативних втручаннях і лікувальних процедурах в порожнині носа.
2	Повинне бути виготовлене з медичного ABS-пластику та сталеві пружини.
3	Повинне складатися з: 2 рукояток (створок), з'єднаних між собою заклепкою, розкриття яких здійснюється за допомогою сталеві пружини.
4	Повинне мати гладку поверхню і краї.
5	Повинне мати розміри: Довжина виробу 150 мм; Довжина робочої голівки 28 мм
6	Повинне бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
7	Повинне бути для одноразового використання.
8	Повинне мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.