



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Ендотрахеальна трубка JS (без манжети), розмір 2.5; 3.0; 3.5; 4.0

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для оральної або назальної інтубації
2	Повинна бути виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду, не містити латекс
3	Повинна мати конектор 15мм з «вушками» для фіксації
4	Повинна бути з рентгенконтрастною смужкою по всій довжині
5	Повинна мати атравматичний дистальний кінець з отвором по Мерфі
6	Повинна мати розміри:
	2.5 довжина $\geq$ 140 мм
	3.0 довжина $\geq$ 160 мм
	3.5 довжина $\geq$ 180 мм
4.0 довжина $\geq$ 200 мм	
7	Повинна мати шкалу глибини інтубації з інтервалом 1 см
8	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
9	Повинна бути для одноразового використання.
10	Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.