



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ендотрахеальна трубка JS з манжетою, розмір 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для оральної або назальної інтубації
2	Повинна бути виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду, не містити латекс
3	Повинна мати манжету циліндричної форми, великого об'єму низького тиску
4	Повинна мати конектор 15мм з «вушками» для фіксації
5	Повинна бути з рентгенконтрастною смужкою по всій довжині
6	Повинна мати атравматичний дистальний кінець з отвором по Мерфі
7	Повинна мати розміри: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0
8	Внутрішній діаметр трубки (розмір) вказаний на пілотному балоні
9	Повинна мати шкалу глибини інтубації з інтервалом 1 см
10	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
11	Повинна бути для одноразового використання.
12	Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.