



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Голка для забору крові розмір 0,8 (21G)

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для використання під час забору венозної крові вакуумною пробірною, в тому числі, для забору декількох проб за одну процедуру венепункції.
2	Повинна бути двосторонньою, одна частина голки вводиться у вену пацієнта, а інша, закрита гумовою мембраною (клапаном), - для проколу гумової пробки в кришці пробірки
3	Повинна мати футляр, який має етикетку з перфорацією, що є візуальним контролем цілісності упаковки.
4	Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі.
5	Розмір голки 21G; Діаметр голки 0,8 мм; Довжина голки 38 мм
6	Повинна мати кольорове кодування футляру та канюлі, колір - зелений.
7	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
8	Повинна бути для одноразового використання.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.