



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Катетер урологічний типу Нелатон чоловічий JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути для катетеризації сечового міхура у чоловіків.
2	Повинен бути виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду.
3	Повинен мати гладку поверхню.
4	Повинен мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.
5	Повинен мати два латеральних вічка.
6	Повинен мати кольорове кодування конектора.
7	Повинен мати розміри: 6; 8; 10; 12; 14; 16, 18, 20
8	Повинен мати довжину катетера 400 мм.
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
10	Повинен бути для одноразового використання.
11	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.