



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Катетер урологічний типу Нелатон чоловічий JS, гідрофільне покриття

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути для катетеризації сечового міхура.
2	Повинен бути виготовлений з медичного імплантаційно-нетоксичного полівінілхлориду.
3	Повинен мати незмивне гідрофільне покриття, інтегроване в матеріал катетера
4	Повинен мати гладку поверхню.
5	Повинен мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.
6	Повинен мати два латеральних вічка.
7	Повинен мати кольорове кодування конектора.
8	Повинен мати розміри: 10; 12; 14
9	Повинен мати довжину катетера 400 мм.
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
11	Повинен бути для одноразового використання.
12	Повинен мати індивідуальне пакування.
13	Повинен мати на зовнішньому боці пакування клейке кріплення (до штативу або іншої гладкої поверхні)

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.