



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Катетер внутрішньовенний з клапаном JS, розмір:

1,3мм (18G),

1,1мм (20G),

0,9 мм (22G),

0,7 мм (24G)

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для довготривалих внутрішньовенних вливань лікувальних розчинів
2	Повинен мати боковий ін'єкційний порт з клапаном
3	Повинен мати голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу-нержавіюча сталь
4	Повинен мати гнучкі крильця для зручної та безпечної фіксації
5	Повинен мати колірне кодування клапану за міжнародним стандартом-в залежності від розміру голки
6	Повинен мати 3 інтегровані рентгенконтрастні смужки
7	Повинен мати заглушку та канюлю з типом з'єднання Луер Лок
8	Повинен мати розміри: 1,3мм (18G), або 1,1мм (20G), або 0,9 мм (22G), або 0,7 мм (24G)
9	Повинен мати індивідуальне пакування
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
11	Повинен бути для одноразового використання

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.