



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ланцет захищений розмір 18G (1.8мм глибина)

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для проколу шкіри (найчастіше- пальця) при заборі капілярної крові на аналіз
2	Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)
3	Повинен мати пластиковий корпус
4	Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета
5	Повинен мати кнопку спуска голки на боковій частині корпусу ланцета
6	Повинен мати силу проникнення $\leq 1,5$ Н
7	Повинен мати розмір голки 18G (діаметр 1.24 ± 0.03 мм) з глибиною проколу шкіри 1.8 ± 0.4 мм
8	Повинен мати кольорове кодування захисного ковпачку
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
10	Повинен бути для одноразового використання
11	Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.