



## Медико-технічні вимоги

Ланцет захищений розмір 26G (1.8мм глибина)

Ланцет захищений розмір 26G (2.4мм глибина)

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для проколу шкіри (найчастіше- пальця) при заборі капілярної крові на аналіз
2	Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)
3	Повинен мати пластиковий корпус
4	Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета
5	Повинен мати кнопку спуска голки на боковій частині корпусу ланцета
6	Повинен мати силу проникнення $\leq 0,8$ Н
7	Повинен мати розмір голки 26G (діаметр $0.46 \pm 0.02$ мм) з глибиною проколу шкіри $1.8 \pm 0.4$ мм; $2.4 \pm 0.4$ мм
8	Повинен мати кольорове кодування захисного ковпачку
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
10	Повинен бути для одноразового використання
11	Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.