



## Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
<b>Набір гінекологічний, комплектація 9</b>	пелюшка; рукавички оглядові; дзеркало гінекологічне; щіточка ендocerвікальна; скло предметне; бахіли.	<p>Набір гінекологічний має мати наступний склад: пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала S або M, матеріал дзеркала PS – 1шт.; щіточка ендocerвікальна – 1 шт.; скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 2шт.; бахіли – 2 шт.</p> <p>Щіточка ендocerвікальна повинна бути довжиною не менше 18,5 см, з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітини, закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. На ручці виробу орієнтовно на відстані 32мм і 50мм (з робочою частиною) мають бути дві поперечні насічки, які дозволяють за необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком для транспортування в лабораторію в транспортному посуді. Щіточка застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції.</p> <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>