



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір отоларингологічний, комплектація 1	дзеркало носове; воронка вушна; шпатель отоларингологічний.	Набір отоларингологічний повинен бути призначений для проведення комплексних оглядів в ЛОР-практиці: риноскопії, орофарингоскопії, отоскопії. Набір повинен мати наступний склад: дзеркало носове - 1шт (повинне бути виготовлене з ABS пластику та сталевोї пружини, довжина виробу 150 мм, довжина робочої голівки 28 мм); воронка вушна - 2шт (повинна бути виготовлена з поліетилену, довжина воронки 35 мм, діаметр отвору Ø 4 мм та Ø 4,6 мм); шпатель отоларингологічний - 1шт (шпатель отоларингологічний пластиковий підсилений повинен бути виготовлений з ABS пластику, поверхня має бути гладка, рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї, з обох сторін повинен мати по 3 ребра жорсткості, довжина виробу 175 мм) Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.