



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

### Подовжувач для інфузійних магістралей JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути для застосування в інфузійній терапії для подовження інфузійних магістралей
2	Повинен мати подовжувальну лінію з конекторами типу "Луер Локк "
3	Повинен бути прозорим для візуалізації потоку
4	Повинен мати зовнішній діаметр 2,5 мм
5	Повинен мати внутрішній діаметр 1,2 мм
6	Повинен бути стійким до перегину
7	Повинен бути з полівінілхлориду
8	Повинен мати довжину подовжувальної лінії не менше 1500 мм
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
10	Повинен бути для одноразового використання
11	Повинен мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.