



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Проктоскоп, розмір 22, JS

| № п/п | Характеристики |
|-------|--|
| 1 | Повинен бути призначений для забезпечення доступу до прямої кишки, огляду та проведення лікувальних маніпуляцій. |
| 2 | Повинен бути виготовлений з прозорого, міцного, теплопровідного медичного полістиролу. |
| 3 | Повинен мати гладку поверхню і краї. |
| 4 | Повинен мати obturator для комфортного введення |
| 5 | Повинен бути оснащений кріпленням для джерела світла |
| 6 | Повинен мати розміри: Зовнішній діаметр 22 мм; Внутрішній діаметр 17 мм; Робоча довжина 80 мм |
| 7 | Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним |
| 8 | Повинен бути для одноразового використання |
| 9 | Повинен мати індивідуальне пакування |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.