



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені,
розмір S, M, L

№ п/п	Характеристики
1	Рукавички медичні оглядові повинні бути призначені для оглядових процедур та захисту від інфекцій
2	Повинні бути виготовлені з матеріалу- нітрил
3	Повинні бути нестерильні
4	Повинні бути неприпудрені
5	Повинні мати текстуровану поверхню пальців та валик на манжеті
6	Повинні мати довжину не менше 230 мм
7	Повинні мати товщину долоні не менше 0,04 мм
8	Повинні мати розміри S, M, L
9	Повинні мати фіолетовий колір
10	Повинні бути для одноразового використання
11	Повинні мати пакування по 50 пар (100 шт.) в упаковці

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.