



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Сечоприймач дитячий (для хлопчиків) 100 мл, JS

| № п/п | Характеристики  |
|-------|---|
| 1     | Повинен бути призначений для збору сечі у немовлят (хлопчиків)  |
| 2     | Повинен мати об'єм не менше 100 мл.   |
| 3     | Повинен мати шкалу градування від 10 мл до 100 мл   |
| 4     | Повинен бути виготовлений з поліетилену   |
| 5     | Повинен мати прозорі стінки мішка   |
| 6     | Повинен мати отвір, адаптований під фізіологічні особливості хлопчиків  |
| 7     | Повинен мати гіпоалергенний фіксуєчий пристрій, який забезпечує надійне прилягання та дозволяє легко приклеювати та знімати сечоприймач |
| 8     | Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним   |
| 9     | Повинен бути для одноразового використання  |
| 10    | Повинен мати індивідуальне пакування  |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.