



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Назва	Характеристики
Щіточка ендоцервікальна тип Б	<p>Призначення: для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу.</p> <p>Має складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ).</p> <p>Робоча голівка повинна мати вигляд плоскої щіточки у формі трапеції, що складається з гнучких полімерних щітинок різної довжини.</p> <p>Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб поверхневих шарів епітелію.</p> <p>Розміри мають бути: довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0 см; довжина робочої частини голівки 2,5-2,6 см.</p> <p>Центральна частина щіточки має виступати на 8 мм.</p> <p>Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.</p> <p>Повинна бути для одноразового використання.</p> <p>Повинна мати індивідуальне пакування.</p>

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.