



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Назва	Характеристики
Щіточка ендоцервікальна	<p>Призначення: застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження.</p> <p>Має складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ). Робоча голівка повинна мати вигляд щіточки конусоподібної форми з ворсинками, зібраними спіралевидно та закріпленими на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі.</p> <p>На ручці виробу орієнтовно на відстані 32мм і 50мм (з робочою частиною) мають бути дві поперечні насічки, які дозволяють за необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком для транспортування в лабораторію в транспортному посуді.</p> <p>Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ ефективність під час проведення маніпуляції.</p> <p>Розміри мають бути:</p> <ul style="list-style-type: none">довжина виробу не менше 18,5 см;довжина робочої частини голівки 2,0 см. <p>Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.</p> <p>Повинна бути стерилізована за допомогою етиленоксиду (ЕО).</p> <p>Повинна бути для одноразового використання.</p> <p>Повинна мати індивідуальне пакування.</p>

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.