



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Шпатель отоларингологічний JS дерев'яний

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.
2	Повинен бути виготовлений з деревини твердих листяних порід дерева.
3	Повинен мати гладку шліфовану поверхню і краї
4	Повинен мати рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.
5	Повинен мати розміри: Довжина шпателя 150 мм Ширина шпателя 18 мм Товщина шпателя 1,6 мм
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
7	Повинен бути для одноразового використання.
8	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.